

辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：钾

单位：mmol/L

TEA：6%


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	2.58	2.60	2.575	0.0379	0.396	0.583	90
0974	4.29	4.33	4.285	0.0342	0.732	0.583	90
3837	6.16	6.21	6.170	0.0271	0.554	0.243	96
5160	7.06	7.11	7.085	0.0351	0.000	0.000	100
5380	1.70	1.71	1.748	0.0519	-0.819	-2.432	59
5393	3.47	3.49	3.463	0.0250	0.700	0.505	92
9321	5.28	5.33	5.298	0.0236	0.317	0.142	98



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：钠

单位：mmol/L

TEa：4%


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	123.00	123.70	121.175	2.6563	0.819	1.795	55
0974	154.70	156.10	153.200	2.6038	0.845	1.436	64
3837	188.00	189.70	187.175	2.0950	0.800	0.895	78
5160	204.60	206.10	203.925	1.8025	0.791	0.699	83
5380	105.70	106.60	104.825	1.6256	0.815	1.264	68
5393	139.50	140.50	138.250	2.1016	0.833	1.266	68
9321	172.60	174.40	172.000	1.9253	0.779	0.872	78



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：氯

单位：mmol/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	78.20	79.20	79.100	1.3711	-0.292	-0.506	负无穷大
0974	122.50	124.10	121.150	2.5671	0.838	1.775	负无穷大
3837	173.20	174.60	168.700	6.0454	0.860	3.082	负无穷大
5160	198.00	200.30	191.825	8.5978	0.852	3.819	负无穷大
5380	56.80	57.80	58.150	1.0630	-0.800	-1.462	负无穷大
5393	101.10	102.20	100.825	1.3326	0.619	0.818	负无穷大
9321	149.00	150.80	147.200	3.2290	0.836	1.834	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：钙

单位：mmol/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：B-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	1.76	1.74	1.715	0.0443	0.789	2.041	负无穷大
0974	2.87	2.88	2.815	0.0695	0.863	2.131	负无穷大
3837	4.03	4.07	3.995	0.0676	0.814	1.377	负无穷大
5160	4.61	4.66	4.540	0.1122	0.846	2.093	负无穷大
5380	1.16	1.17	1.143	0.0275	0.817	1.969	负无穷大
5393	2.37	2.34	2.305	0.0592	0.845	2.169	负无穷大
9321	3.51	3.50	3.458	0.0574	0.828	1.374	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：磷

单位：mmol/L

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	0.60	0.60	0.625	0.0300	-0.833	-4.000	负无穷大
0974	1.48	1.49	1.438	0.0854	0.556	3.304	负无穷大
3837	2.40	2.42	2.345	0.0823	0.790	2.772	负无穷大
5160	2.85	2.90	2.820	0.0678	0.811	1.950	负无穷大
5380	0.14	0.14	0.198	0.0695	-0.828	-29.114	负无穷大
5393	1.06	1.06	1.045	0.0443	0.338	1.435	负无穷大
9321	1.96	1.98	1.938	0.0386	0.841	1.677	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：尿素

单位：mmol/L

TEA：8%


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-B

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	5.53	5.44	5.383	0.1263	0.811	1.904	76
0974	14.03	14.23	14.005	0.1708	0.732	0.893	89
3837	23.71	23.62	23.153	0.5943	0.862	2.214	72
5160	27.71	28.23	27.670	0.5162	0.581	1.084	86
5380	1.03	1.00	0.978	0.0556	0.674	3.836	52
5393	10.04	9.76	9.785	0.1754	0.656	1.175	85
9321	18.99	19.14	18.803	0.3102	0.846	1.396	83



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：尿酸

单位： $\mu\text{mol/L}$

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准： $S = (\text{TEa} - |\text{BIAS\%}|) * 100 / \text{TEa}$

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	176.00	179.00	182.000	5.3541	-0.840	-2.473	负无穷大
0974	515.00	515.00	525.000	11.5758	-0.864	-1.905	负无穷大
3837	859.00	874.00	885.750	23.1138	-0.833	-2.173	负无穷大
5160	1011.00	1015.00	1043.000	34.7659	-0.863	-2.876	负无穷大
5380	1.00	2.00	2.750	1.7078	-0.732	-45.455	负无穷大
5393	358.00	350.00	361.750	9.6047	-0.807	-2.142	负无穷大
9321	695.00	680.00	705.000	21.5870	-0.811	-2.482	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：肌酐

单位：μmol/L

TEa：12%


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-B

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	257.00	254.00	255.500	1.7321	0.000	0.000	100
0974	742.00	742.00	737.750	5.6789	0.748	0.576	95
3837	1264.00	1266.00	1253.250	14.0801	0.835	0.938	92
5160	1485.00	1503.00	1485.000	12.7541	0.706	0.606	95
5380	4.00	2.00	4.000	1.6330	-0.612	-25.000	-108
5393	513.00	512.00	513.750	5.9090	-0.212	-0.243	98
9321	1004.00	1017.00	1001.500	12.2338	0.736	0.899	93



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：白蛋白

单位：g/L

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：积水

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	31.45	31.01	32.190	1.1237	-0.854	-2.982	负无穷大
0974	40.06	39.93	40.273	0.3274	-0.848	-0.689	负无穷大
3837	49.34	49.17	48.803	0.5287	0.856	0.927	负无穷大
5160	52.95	52.82	52.393	0.5940	0.829	0.940	负无穷大
5380	26.53	25.91	27.335	1.3279	-0.840	-4.079	负无穷大
5393	35.97	36.10	36.418	0.4523	-0.846	-1.050	负无穷大
9321	44.87	45.25	44.905	0.2403	0.645	0.345	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：总胆固醇

单位：mmol/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	4.62	4.63	4.448	0.2065	0.860	3.991	负无穷大
0974	10.30	10.34	10.030	0.3432	0.845	2.891	负无穷大
3837	16.49	16.75	16.260	0.4562	0.789	2.214	负无穷大
5160	19.48	19.59	19.053	0.5599	0.862	2.532	负无穷大
5380	1.60	1.61	1.595	0.0173	0.577	0.627	负无穷大
5393	7.64	7.62	7.475	0.1907	0.813	2.074	负无穷大
9321	13.53	13.50	13.105	0.4971	0.825	3.129	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：甘油三酯

单位：mmol/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	1.75	1.74	1.675	0.0810	0.864	4.179	负无穷大
0974	4.03	4.09	3.895	0.1936	0.852	4.236	负无穷大
3837	6.45	6.53	6.145	0.3998	0.863	5.614	负无穷大
5160	7.63	7.77	7.273	0.4969	0.860	5.878	负无穷大
5380	0.52	0.53	0.523	0.0050	0.500	0.478	负无穷大
5393	3.00	2.97	2.855	0.1507	0.863	4.553	负无穷大
9321	5.33	5.35	5.060	0.3235	0.865	5.534	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：丙氨酸氨基转移酶

单位：U/L

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：德赛诊断

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	148.00	149.00	144.075	5.1970	0.851	3.071	负无穷大
0974	434.00	432.00	425.675	9.5175	0.770	1.721	负无穷大
3837	759.00	754.00	743.900	14.7300	0.855	1.694	负无穷大
5160	904.00	902.00	899.550	6.4299	0.537	0.384	负无穷大
5380	23.00	21.00	16.750	6.1191	0.858	31.343	负无穷大
5393	295.00	298.00	287.950	9.9514	0.859	2.969	负无穷大
9321	590.00	591.00	584.275	7.7311	0.805	1.065	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：天门冬氨酸氨基转移酶

单位：U/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-B

试剂名称：德赛诊断

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	173.00	173.00	176.125	3.6105	-0.866	-1.774	负无穷大
0974	492.00	490.00	503.500	14.5398	-0.860	-2.483	负无穷大
3837	840.00	838.00	858.275	22.7783	-0.846	-2.246	负无穷大
5160	993.00	985.00	1014.250	29.5992	-0.853	-2.490	负无穷大
5380	9.00	9.00	6.775	2.5851	0.861	32.841	负无穷大
5393	338.00	337.00	346.150	10.2546	-0.844	-2.499	负无穷大
9321	667.00	662.00	681.650	19.9964	-0.858	-2.516	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：总胆红素

单位： $\mu\text{mol/L}$

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-B

试剂名称：和光

评分标准： $S = (\text{TEa} - |\text{BIAS\%}|) * 100 / \text{TEa}$

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	52.58	52.21	60.648	9.5360	-0.865	-13.607	负无穷大
0974	165.01	165.14	173.863	10.1472	-0.866	-5.054	负无穷大
3837	281.62	279.51	288.633	9.3642	-0.862	-2.795	负无穷大
5160	338.60	338.94	347.285	10.1957	-0.835	-2.452	负无穷大
5380	2.53	2.56	5.023	2.8608	-0.866	-49.328	负无穷大
5393	109.66	109.98	118.485	10.0164	-0.865	-7.313	负无穷大
9321	221.33	221.80	228.458	7.9846	-0.863	-3.017	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：碱性磷酸酶

单位：U/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	158.00	158.00	164.250	7.2284	-0.865	-3.805	负无穷大
0974	465.00	469.00	482.500	17.9907	-0.862	-3.212	负无穷大
3837	790.00	792.00	833.250	48.7946	-0.866	-5.071	负无穷大
5160	937.00	944.00	991.000	58.3838	-0.865	-5.096	负无穷大
5380	8.00	7.00	8.000	0.8165	-0.612	-6.250	负无穷大
5393	317.00	320.00	335.500	19.7737	-0.860	-5.067	负无穷大
9321	636.00	635.00	665.750	34.9416	-0.866	-4.544	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：淀粉酶

单位：U/L

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	147.00	146.00	145.250	1.5000	0.833	0.861	负无穷大
0974	401.00	403.00	400.250	2.2174	0.789	0.437	负无穷大
3837	681.00	690.00	680.000	7.3485	0.748	0.809	负无穷大
5160	809.00	821.00	806.750	10.7199	0.770	1.023	负无穷大
5380	12.00	13.00	11.750	0.9574	0.783	6.383	负无穷大
5393	285.00	281.00	280.250	3.5940	0.765	0.981	负无穷大
9321	551.00	550.00	545.250	6.2915	0.834	0.963	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：肌酸激酶

单位：U/L

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	209.00	207.00	198.000	12.0277	0.831	5.051	负无穷大
0974	611.00	609.00	575.250	40.1860	0.865	6.041	负无穷大
3837	1034.00	1051.00	985.750	66.3042	0.856	5.757	负无穷大
5160	1272.00	1276.00	1201.750	83.4441	0.866	6.012	负无穷大
5380	7.00	8.00	7.000	0.8165	0.612	7.143	负无穷大
5393	410.00	407.00	389.000	22.6421	0.861	5.013	负无穷大
9321	821.00	821.00	779.750	47.6471	0.866	5.290	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：乳酸脱氢酶

单位：U/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	214.00	212.00	196.500	19.6893	0.838	8.397	负无穷大
0974	592.00	591.00	558.750	37.8539	0.865	5.861	负无穷大
3837	970.00	970.00	917.750	61.1903	0.854	5.693	负无穷大
5160	1000.00	1000.00	1016.500	19.6723	-0.839	-1.623	负无穷大
5380	10.00	11.00	6.250	4.9244	0.863	68.000	负无穷大
5393	411.00	412.00	382.250	34.2576	0.854	7.652	负无穷大
9321	779.00	794.00	741.250	52.6648	0.859	6.105	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：直接胆红素

单位： $\mu\text{mol/L}$

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-B

试剂名称：和光

评分标准： $S = (\text{TEa} - |\text{BIAS\%}|) * 100 / \text{TEa}$

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	28.64	28.54	30.895	2.6631	-0.866	-7.461	负无穷大
0974	71.55	71.17	78.930	8.7486	-0.865	-9.591	负无穷大
3837	113.85	115.47	124.480	11.3611	-0.864	-7.889	负无穷大
5160	136.05	134.18	146.258	12.8912	-0.864	-7.618	负无穷大
5380	1.78	1.70	1.570	0.1990	0.854	10.828	负无穷大
5393	51.59	51.90	56.223	5.1743	-0.865	-7.964	负无穷大
9321	90.56	90.14	99.425	10.5060	-0.864	-9.127	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：铁

单位： $\mu\text{mol/L}$

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准： $S = (\text{TEa} - |\text{BIAS\%}|) * 100 / \text{TEa}$

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	29.00	29.00	26.423	2.9793	0.865	9.755	负无穷大
0974	67.20	67.30	60.488	7.8092	0.866	11.180	负无穷大
3837	106.70	106.50	96.298	11.8972	0.866	10.699	负无穷大
5160	127.10	127.70	113.790	15.7175	0.866	11.961	负无穷大
5380	9.70	9.90	8.710	1.2680	0.860	12.514	负无穷大
5393	49.00	48.70	44.135	5.4459	0.866	10.683	负无穷大
9321	86.10	88.30	79.110	9.3850	0.862	10.226	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：镁

单位：mmol/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：积水

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	0.71	0.76	0.728	0.0222	0.338	1.031	负无穷大
0974	1.60	1.58	1.723	0.1546	-0.857	-7.692	负无穷大
3837	2.45	2.58	2.655	0.1760	-0.796	-5.273	负无穷大
5160	2.87	2.87	779.718	1553.5217	-0.500	-99.632	负无穷大
5380	0.26	0.29	0.443	0.1940	-0.864	-37.853	负无穷大
5393	1.16	1.20	1.343	0.1895	-0.858	-12.104	负无穷大
9321	2.13	2.05	2.230	0.1681	-0.833	-6.278	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：L-γ-谷氨酰基转移酶

单位：U/L

TEA：60%


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：德赛诊断

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	230.00	229.00	235.500	6.9522	-0.863	-2.548	96
0974	620.00	617.00	635.000	19.4422	-0.849	-2.598	96
3837	1000.00	1000.00	1048.000	55.4256	-0.866	-4.580	92
5160	1000.00	1000.00	1146.250	170.4707	-0.858	-12.759	79
5380	15.00	15.00	16.250	1.5000	-0.833	-7.692	87
5393	437.00	439.00	450.000	13.9044	-0.863	-2.667	96
9321	820.00	825.00	855.250	39.3309	-0.833	-3.829	94



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：高密度脂蛋白胆固醇

单位：mmol/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	1.66	1.66	1.693	0.0395	-0.823	-1.920	负无穷大
0974	2.60	2.60	2.880	0.3234	-0.866	-9.722	负无穷大
3837	2.60	2.60	3.305	0.8190	-0.861	-21.331	负无穷大
5160	2.60	2.60	3.360	0.8776	-0.866	-22.619	负无穷大
5380	0.63	0.63	0.675	0.0574	-0.783	-6.667	负无穷大
5393	2.58	2.58	2.568	0.0789	0.158	0.487	负无穷大
9321	2.60	2.60	3.133	0.6179	-0.862	-16.999	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：低密度脂蛋白胆固醇

单位：mmol/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：其他试剂

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	1.74	1.76	1.928	0.2055	-0.864	-9.209	负无穷大
0974	4.64	4.66	4.428	0.2579	0.863	5.025	负无穷大
3837	8.72	8.69	7.150	1.7964	0.866	21.748	负无穷大
5160	10.91	10.91	8.415	2.8810	0.866	29.649	负无穷大
5380	0.47	0.47	0.538	0.0789	-0.856	-12.558	负无穷大
5393	3.18	3.21	3.308	0.1632	-0.689	-3.401	负无穷大
9321	6.52	6.59	5.860	0.8031	0.865	11.860	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：（总）蛋白

单位：g/L

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-B

试剂名称：积水

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	47.64	47.67	49.153	1.7335	-0.864	-3.047	负无穷大
0974	62.86	63.24	65.225	2.5282	-0.860	-3.335	负无穷大
3837	79.31	79.29	82.100	3.2496	-0.862	-3.410	负无穷大
5160	85.73	86.52	89.438	3.8439	-0.862	-3.704	负无穷大
5380	39.32	39.09	40.503	1.5210	-0.853	-3.204	负无穷大
5393	55.49	55.83	57.505	2.1384	-0.863	-3.208	负无穷大
9321	72.70	71.85	74.463	2.5578	-0.855	-2.938	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：葡萄糖

单位：mmol/L

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	5.04	5.07	4.873	0.2150	0.849	3.746	负无穷大
0974	13.88	13.80	13.240	0.6984	0.859	4.532	负无穷大
3837	23.39	23.59	22.430	1.2300	0.862	4.726	负无穷大
5160	28.32	28.48	26.928	1.7082	0.862	5.468	负无穷大
5380	0.42	0.43	0.413	0.0150	0.833	3.030	负无穷大
5393	9.65	9.66	9.295	0.4202	0.857	3.873	负无穷大
9321	18.90	19.02	18.040	1.0725	0.858	5.100	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：乳酸

单位：mg/dL

TEA:


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：C-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	23.00	23.00	23.000	0.0000		0.000	非数字
0974	58.00	58.00	58.000	0.0000		0.000	非数字
3837	93.00	95.00	94.000	1.4142	0.000	0.000	非数字
5160	111.00	111.00	111.000	0.0000		0.000	非数字
5380	5.00	5.00	5.000	0.0000		0.000	非数字
5393	42.00	42.00	42.000	0.0000		0.000	非数字
9321	77.00	77.00	77.000	0.0000		0.000	非数字



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：胆碱酯酶

单位：U/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	1811.00	1779.00	1795.000	22.6274	0.000	0.000	非数字
0974	4443.00	4420.00	4431.500	16.2635	0.000	0.000	非数字
3837	7146.00	7111.00	7128.500	24.7487	0.000	0.000	非数字
5160	8351.00	8387.00	8369.000	25.4558	0.000	0.000	非数字
5380	350.00	379.00	364.500	20.5061	0.000	0.000	非数字
5393	3178.00	3286.00	3232.000	76.3675	0.000	0.000	非数字
9321	5844.00	5937.00	5890.500	65.7609	0.000	0.000	非数字



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：脂肪酶

单位：U/L

TEA：


仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：C-A

试剂名称：罗氏

评分标准：S = (TEa - |BIAS%|) * 100 / TEa

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	71.70	74.70	102.000	33.3456	-0.864	-28.235	负无穷大
0974	184.20	186.20	240.975	64.4702	-0.865	-23.146	负无穷大
3837	297.30	299.40	373.150	86.4742	-0.865	-20.046	负无穷大
5160	300.00	300.00	403.175	119.1756	-0.866	-25.591	负无穷大
5380	15.50	15.20	23.800	9.7956	-0.863	-35.504	负无穷大
5393	126.70	130.30	173.950	52.5480	-0.865	-26.128	负无穷大
9321	240.90	238.50	305.025	75.4540	-0.866	-21.416	负无穷大



辽宁省短期室间质评（生化）计划-1 实时报告

实验室名称：中国医科大学附属第一医院

数据确认日期：2021/09/25

检测项目：总胆汁酸

单位： $\mu\text{mol/L}$

TEA:

仪器名称：罗氏 cobas 4000/6000/8000

仪器序列号：A-B

试剂名称：积水

评分标准： $S = (\text{TEa} - |\text{BIAS\%}|) * 100 / \text{TEa}$

样本号	结果1	结果2	组均值	组内SD	SDI	偏移(%)	评分
0895	14.58	14.44	14.355	0.1879	0.825	1.080	负无穷大
0974	35.14	35.21	35.438	0.4465	-0.588	-0.741	负无穷大
3837	56.40	55.99	56.973	1.5607	-0.498	-1.365	负无穷大
5160	65.06	65.05	67.003	3.4783	-0.560	-2.907	负无穷大
5380	2.85	2.91	3.465	0.9121	-0.641	-16.883	负无穷大
5393	25.60	25.67	26.618	2.0562	-0.478	-3.691	负无穷大
9321	46.78	46.40	48.545	4.1769	-0.468	-4.027	负无穷大

